












Laboratorní příručka Příloha č. 1: Tabulka odběrových systémů	 Ústav hematologie a krevní transfuze
Oddělení imuno hematologie	203_LP_15_01 Platné od: 17.6.2016 Verze A1, T2

Příloha č. 1: Tabulka odběrových systémů


Uzavřený systém – firma SARSTEDT



	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s bílým uzávěrem	 5,5 7,5	Zkumavka s aktivátorem srážení vč. granulátu	Biochemická vyšetření
Zkumavka s červenou zátkou	 2,7	Zkumavka s K ₃ EDTA	Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve
Zkumavka se zelenou zátkou	 3 5	Zkumavka s Na citrátem 3,13 % (1:10)	Koagulační testy
Zkumavka s oranžovou zátkou	 3 7,5	Zkumavka s Li heparin	Hematologické testy
Zkumavka s fialovou zátkou	 1	Zkumavka s Na citrátem 3,8%, sedimentační kalibrovaná kapilára	Sedimentace erytrocytů

Otevřený systém – firma Dispolab – systém MEUS





	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s bílým uzávěrem	 10 5	Zkumavka s granulovaným separátorem a akcelerátorem	Biochemická a serologická vyšetření,
Zkumavka se zeleným uzávěrem	 2,5 0.5-1	K ₃ EDTA	Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve
Zkumavka se žlutým uzávěrem	 5	0,5 ml citrátu sodného	Koagulační vyšetření
Zkumavka se žlutým uzávěrem	 2	0,2 ml Na citrát. Sedimentační kalibrovaná kapilára, sedimentační stojan	Sedimentace erytrocytů
Zkumavka s růžovým uzávěrem	 2,5	0,25 ml Na citrát	Dětské odběry na koagulace

Dokument zobrazený na www.uhkt.cz je aktuálně platnou verzí, po vytištění slouží pouze pro informativní účely.





Laboratorní příručka Příloha č. 1: Tabulka odběrových systémů	 <small>Ústav hematologie a krevní transfuze</small>
Oddělení imuno hematologie	203_LP_15_01 Platné od: 17.6.2016 Verze A1, T2


Konická, kalibrovaná zkumavka se žlutým uzávěrem – moče  12	Biochemické vyšetření moče
Sterilní zkumavka s červeným uzávěrem  10	Mikrobiologické vyšetření moče

Polouzavřený systém – firma Dispolab – systém TAPVAL

	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s červenou zátkou 	10 7 2	Zkumavka s granulovaným separátorem a akcelerátorem	Biochemická a serologická vyšetření.
Zkumavka s fialovou zátkou 	0,5	K ₃ EDTA	Dětské odběry na krevní obraz
Zkumavka s modrou zátkou 	1	Citrát Na 1:10	Dětské odběry na koagulaci
Zkumavka s černou zátkou 	1	Zkumavka s citrátem, sedimentační kalibrovaná kapilára, sedimentační stojan	Sedimentace erytrocytů

Uzavřený systém – firma Terumo, distribuce Dispolab – systém VENOSAFE

	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s tmavě červenou zátkou 	5,5 9	Zkumavka s aktivátorem srážení	Biochemická a serologická vyšetření.
Zkumavka s fialovou zátkou 	3	Zkumavka s K ₃ EDTA	Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve
Zkumavka s modrou zátkou 	2,7	Zkumavka s Na citrát 3,8 %	Koagulační testy
Zkumavka s černou zátkou 	2,4	Zkumavka s Na citrátě 3,8 %, Sedimentační kalibrovaná kapilára, sedimentační kalibrovaný stojan	Sedimentace erytrocytů

Laboratorní příručka Příloha č. 1: Tabulka odběrových systémů	 <small>Ústav hematologie a krevní transfuze</small>
Oddělení imunohematologie	203_LP_15_01 Platné od: 17.6.2016 Verze A1, T2

Rozdělovník

Číslo výtisku	Uložení
1	Portál SMK
2.	WEB ÚHKT