


Název formuláře: Pokyny pro externí zadavatele	
Název laboratoře: Kalibrační centrum ÚHKT	Identifikace: KC_F_18_02 Platné od: 1. 11. 2018 Verze: A1

Cena kalibračního měření platná od 1. 7. 2013:

jednokanálové pipety s pevným objemem	850,- Kč bez DPH
jednokanálové pipety s nastavitelným objemem (platí pro zakázky do 10 ks pipet v jedné dodávce)	1 050,- Kč bez DPH
jednokanálové pipety s nastavitelným objemem (platí pro zakázky 10 a více ks pipet v jedné dodávce)	950,- Kč bez DPH

Předání pipet ke kalibraci

Pipety ke kalibraci je nutné předávat řádně očištěné, dekontaminované, po servisní prohlídce s kompletně vyplněnou „Žádostí o kalibraci pipet“ formulář KC_F_18_04 Na žádosti je nutné uvést jméno zodpovědné osoby, podpis, číslo oddělení a telefonní linku. Pipety je nutné charakterizovat výrobním číslem, výrobcem a typem pipety. Dále je nutné uvést typ používaných špiček, potvrdit provedení dekontaminace a vybrat, zda byl servis proveden interně nebo externě.

Spolu s pipetami je nutné dodat špičky, se kterými je pipeta v běžném provozu laboratoře používána. U nastavitelných jednokanálových pipet je třeba dodat 31 špiček, u nenastavitelných pak 11 špiček pro každou pipetu.

Příjem zakázek probíhá na oddělení HLA budova C, vždy v pondělí od 9 do 12 hodin. Vyzvednutí zakázek probíhá ve stejných hodinách tamtéž 14 dní od převzetí položky (po dohodě je možné tuto dobu zkrátit).

Předání zakázek je možno domluvit s kontaktními osobami i v jiných termínech.

Kontaktní osoby:

Hana Vondráčková	tel.: 221977307	e-mail: hana.vondrackova@uhkt.cz
Ing. Milena Vraná	tel.: 221977484	e-mail: milena.vrana@uhkt.cz
Mgr. Renata Macnerová	tel.: 221977430	e-mail: renata.macnerova@uhkt.cz

Informace a formuláře potřebné ke kalibraci pipet jsou dostupné na webových stránkách ÚHKT v sekci laboratoře/kalibrace pipet:

<http://www.uhkt.cz/laboratore/kalibrace-pipet>

Detaily najdete tamtéž v Laboratorní příručce Kalibračního centra ÚHKT

Způsob odběru po kalibraci: Osobní odběr Zaslát

Objednavatel žádá o vyjádření, zda kalibrovaná pipeta odpovídá požadavkům stanoveným normou ČSN EN 8655:

Ano Ne

Objednavatel:

Adresa:

Fakturační data: IČO

DIČ

Číslo účtu, kód banky:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datum:

Podpis: